

کد سند: 05



وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
استان تهران

معاونت درمان

تاریخ تدوین:

تاریخ بازنگری:

مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی

نام مرکز / بیمارستان :	مسئول واحد ارزیابی شونده :
ارزیابان:	تاریخ ارزیابی :

چک لیست نظارت بر استاندارد خدمت رادیوگرافی پانورامیک در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی				
ردیف	وضعیت استاندارد	بله	خیر	توضیحات موارد مغایر با استاندارد
1	آیا موارد کنترل عفونت رعایت می شود؟ ○ ضد عفونی و پوشش بایت بلاک پانورامیک ، chin rest ، head support و ear eod با کاور پلاستیکی انجام می گیرد. ○ Head positioning guide ، پانل کنترل و سوئیچ اکسپوژر با دستمال کاغذی آغشته به یک محلول ضد عفونی کننده پاک می شود. ○ پیشبند سربی بدون یقه موجود بوده و استفاده می شود. تمامی موارد مربوط به تعاریف خدمات مورد بررسی مندرج در بند ب شناسنامه و استاندارد رادیوگرافی پانورامیک توسط کاربر رعایت می گردد.			
2	آیا اندیکاسیون انجام خدمت رعایت می شود؟ ○ ارزیابی تروما ○ موقعیت دندانهای عقل ○ بیماری های دندانی یا استخوانی پیشرفته ○ ضایعات بزرگ شناخته شده یا مشکوک در فک و بافت های مجاور ○ تکامل دندانها بخصوص در سیستم دندانی مختلط ○ بررسی ریشه هاتی باقیمانده در بیماران بدون دندان ○ درد Temporomandibular (TMJ)			

			○ آنومالی های تکاملی ○ پوسیدگی های وسیع ○ به منظور ارزیابی بیماری ها و تکامل دندانان تجویز کلیشه پانورامیک همراه با بایت وینگ خلفی در بیمار جدید (کودک) با سیستم دندانان میکس بعد از اولین مولر دایمی ○ به منظور ارزیابی بیماری ها تجویز کلیشه پانورامیک همراه با بایت وینگ خلفی در نوجوانان با سیستم دندانان دایمی قبل از رویش مولر سوم ○ به منظور ارزیابی بیماری ها تجویز کلیشه پانورامیک همراه با بایت وینگ خلفی در بزرگسالان با دندان یا در قسمت بی دندان ○ ارزیابی موقعیت دندان مولر سوم در افراد با بیش از یک دندان نهفته عقل سیالو گرافی (در سه فاز داکتال، آسینار و تخلیه میبایست تکرار شود. ولی هزینه جداگانه ای برای رادیوگرافی پانورامیک دریافت نمی شود).	
			آیا تواتر و تعداد دفعات انجام خدمت طبق استاندارد ابلاغی وزارت متبوع رعایت می شود؟	3
			آیا دستور (order) انجام رادیوگرافی پانورامیک توسط افراد دارای صلاحیت انجام میشود؟	4
			آیا پروسیجر انجام رادیوگرافی پانورامیک توسط افراد دارای صلاحیت انجام میشود؟	5
			آیا سایر اعضای ارائه دهنده خدمت دارای تخصص استاندارد می باشد؟	6
			آیا پرسنل درگیر در انجام پروسیجر آموزش های لازم را گذارنده اند؟	7
			آیا فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت پرو سیجر انجام رادیولوژی پانورامیک استاندارد می باشد؟	8
			آیا کنترا اندیکاسیون انجام خدمت رعایت میشود ؟ ○ ارزیابی پوسیدگی های کوچک تحلیل و شکستگی ریشه ○ ارزیابی ساختمان ظریف مارژینال پر یودنشیم و سطح واقعی پلیت های کورتیکال در بیماران پر یو دنتال ○ ارزیابی سطوح پروگزیمال پره مولرها ○ ارزیابی جزییات ظریف آناتومیک خصوصاً در ناحیه انسیزورها ○ کودک زیر 4 سال ○ کودکان مبتلا به شکاف کام قبل از 5 سالگی ○ ارزیابی شکستگی های کمپلکس صورت ○ بیمارانی که توانایی بی حرکت ماندن را ندارند.	9
			آیا آموزشهای لازم به بیمار جهت پوشاندن تیروئید بیمار با شیلد یا حافظ مخصوص انجام میشود؟	10

مهر و امضاء واحد ارزیابی شونده